

SỞ Y TẾ TỈNH HUNG YÊN
TRUNG TÂM
KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 88 /GM-KSBT

Hung Yên, ngày 20 tháng 7 năm 2026

V/v mời chào giá cung cấp dịch
vụ xét nghiệm ngoại kiểm chất
lượng nước năm 2026

Kính gửi: Các Công ty, đơn vị, tổ chức cung cấp dịch vụ xét nghiệm
ngoại kiểm chất lượng nước.

Hiện nay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên có nhu cầu tiếp nhận
báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu
cho gói thầu cung cấp dịch vụ xét nghiệm ngoại kiểm chất lượng nước năm 2026
với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hưng Yên
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông
Trần Phúc Hậu, thành viên Hội đồng mua sắm. Số điện thoại: 0983.029.562.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 113 Nguyễn Tông Quai, phường Trần Lãm,
tỉnh Hưng Yên.
Đồng thời nhận file mềm qua email: hdms.cdctb@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 17h00 ngày 30 tháng 7 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày ký.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục dịch vụ tại phụ lục kèm theo.
2. Địa điểm thực hiện cung cấp dịch vụ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
tỉnh Hưng Yên - Cơ sở 1: Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Phố Hiến, tỉnh
Hưng Yên và Cơ sở 2: Số 113 Nguyễn Tông Quai, phường Trần Lãm, tỉnh
Hưng Yên.
3. Thời gian thực hiện: năm 2026.
4. Báo giá được ký, đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai
(trong trường hợp báo giá có nhiều trang). Đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm
pháp lý về tính chính xác, thông tin phù hợp, không vi phạm tính cạnh tranh về
giá theo quy định hiện hành.
5. Hồ sơ báo giá của đơn vị cung cấp gửi kèm theo các tài liệu sau:



- Hồ sơ pháp lý của tổ chức, đơn vị;
- Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hưng Yên kính mời đại diện các đơn vị gửi hồ sơ báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐMS.

vt

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Đức



Phụ lục: Yêu cầu chi tiết
 (kèm theo Giấy mời số 88 /GM-KSBT ngày 20/7/2026 của
 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hưng Yên)

1. Danh mục chỉ tiêu

STT	Tên thông số	Đơn vị
1.	Nhôm (Aluminium) (Al)	mg/L
2.	Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)	mg/L
3.	Xyanua (CN ⁻)	mg/L
4.	Benzene (C ₆ H ₆)	µg/L
5.	Pentachlorophenol(C ₆ HCl ₅ O)	µg/L
6.	Styrene (C ₈ H ₈)	µg/L
7.	Toluene (C ₇ H ₈)	µg/L
8.	Carbofuran (C ₁₂ H ₁₅ NO ₃)	µg/L
9.	Chlorpyrifos(C ₉ H ₁₁ Cl ₃ NO ₃ PS)	µg/L
10.	Cyanazine (C ₉ H ₁₃ ClN ₆)	µg/L
11.	Hydroxyatrazine (C ₈ H ₁₅ N ₅ O)	µg/L
12.	MCPA (C ₉ H ₉ ClO ₃)	µg/L
13.	Propanil (C ₉ H ₉ Cl ₂ NO)	µg/L
14.	Chloroform (CHCl ₃)	µg/L
15.	Dibromochloromethane (CHBr ₂ Cl)	µg/L
16.	Acid Monochloroacetic (C ₂ H ₃ ClO ₂)	µg/L
17.	Trichloroacetonitrile (C ₂ Cl ₃ N)	µg/L
18.	Bromodichloromethane (CHBrCl ₂)	µg/L
19.	Bromoform (CHBr ₃)	µg/L
20.	Monochloramine (NH ₂ Cl)	µg/L
21.	Sulfua (sulfide) (S ²⁻)	mg/L
Tổng số		21 chỉ tiêu/mẫu

2. Yêu cầu kỹ thuật

- Số lượng mẫu cần thuê thực hiện ngoại kiểm 21 thông số: Dự kiến 100 mẫu.
- Các vật tư, hoá chất bảo quản trong hoạt động lấy mẫu tại hiện trường, bảo quản và vận chuyển mẫu do đơn vị trúng thầu cung cấp.

- Thực hiện hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu qua hình thức trực tiếp hoặc tuyến và cung cấp tài liệu hướng dẫn lấy mẫu cho đơn vị phối hợp thực hiện lấy mẫu.

- Tiến hành bàn giao mẫu cho đơn vị cung cấp dịch vụ tại trụ sở đơn vị thực hiện lấy mẫu (Địa điểm: Cơ sở 1, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. Cơ sở 2, Số 113 đường Nguyễn Tông Quai, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên).

- Các chỉ tiêu được thực hiện tại phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025:2017.

- Phương tiện đo sử dụng trong thử nghiệm các thông số phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

- Phương pháp thử và ngưỡng giới hạn cho phép tuân theo quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN01-1:2024/BYT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Chấp nhận các phương pháp có giới hạn định lượng phù hợp với ngưỡng giới hạn cho phép, độ chính xác (Bao gồm độ chụm và độ đúng) tương đương hoặc cao hơn.

- Kết quả kiểm nghiệm trả trong vòng 10-12 ngày làm việc kể từ ngày bàn giao mẫu. Có thể yêu cầu truy xuất ngẫu nhiên dữ liệu quan trắc gốc từ thiết bị thực hiện (Khoảng 15 - 20% các kết quả thực hiện trên máy, cung cấp bản sao)./.

